

 Inter Science Ltda.	Informe de Kardex	N° 002176

Asignado a: Por asignar			Area:		
Cliente: Hospital Agramont			Ciudad: Ciudad de La Paz		
Responsable: Hospital Agramont			Dirección: El Alto Calle 11 N 4035 Zona: Villa Dolores		
Equipo / Marca / Modelo: - - EPOC NXS HOST - 544DRoW			Contador / Hrs.:		
Serie:			Teléfono: 2822822		
Fecha programada: 23/10/2025			Hora programada: 15:34		
HISTORIAL DE NOTAS DEL PRODUCTO					
Tipo	Usuario Asignado	Nota	Descripción	Fecha Realización	Contacto
NOTA	Adriana Gonzalez Creado: 04/10/2025	Revisión eCL8000- Hosp. Agramont	No calibran pruebas directas. Resultados de Cals con señales más del doble de lo esperado. Se verifica que cliente trabaja las pruebas sin problemas.	15/10/2025 15:20	