



Asignado a: Por asignar

Area:

Cliente: Hospital Agramont

Ciudad: Ciudad de La Paz

Responsable: Hospital Agramont

Dirección: El Alto Calle 11 N 4035

Zona: Villa Dolores

Equipo / Marca / Modelo: - - EPOC NXS HOST - 544DRoW

Contador / Hrs.:

Serie:

Teléfono: 2822822

Fecha programada: 29/10/2025

Hora programada: 09:07

HISTORIAL DE NOTAS DEL PRODUCTO

Tipo	Usuario Asignado	Nota	Descripción	Fecha Realización	Contacto
NOTA	Adriana Gonzalez <small>Creado: 04/10/2025</small>	Revisión eCL8000- Hosp. Agramont	No calibran pruebas directas. Resultados de Cals con señales más del doble de lo esperado. Se verifica que cliente trabaja las pruebas sin problemas.	15/10/2025 15:20	