



**Biotech Bolivia
Ltda.**

Informe de Servicio

Nº 000421

ST-RE-02

Asignado a: Yerlan Vargas Daza

Cliente: Laboratorio De Analisis Clinicos Endogenetica Santa Cruz S.R.L.

Dirección: Calle Sarah N 439 Zona: Central

Responsable:

Ciudad: Santa Cruz de la Sierra

Equipo / Marca / Modelo: Analizador - Snibe - Maglumi 2000

Contador / Hrs.:

Serie: 1010007022100020

Teléfono: 3364746

Fecha programada: 06/06/2025

Hora programada: 12:00:00

Descripción del problema:

MTTE PREVENTIVO A M2000

Dentro de garantía: No

Fecha de conclusión: 06-04-2022

Tipo de Servicio

Mantenimiento Preventivo



Limpieza, Revisión y ajustes



Otros:

Descripción servicio realizado:

Limpieza de cámara y lavadora

Limpieza de módulos

Pruebas de funcionamiento

Material Utilizado

Código	Descripción	Cant.
	Analizador	1

Impresión técnica / recomendaciones:

Adquirir kit de mtte preventivo

Inicio del servicio	Fin del servicio	
Fecha: 2025-06-09	Fecha: 2025-06-09	
Hora: 12:17:00	Hora: 12:17:00	
¿Se ha informado el estado inicial del equipo / instrumento al cliente?		<input type="checkbox"/> Realizado
¿Se ha informado al cliente de las acciones tomadas?		<input type="checkbox"/> Realizado
¿Se han hecho los registros en la bitácora del equipo?		<input type="checkbox"/> Realizado
Fecha de la próxima visita		2025-06-09
		Responsable del servicio

Estado final del equipo: _____Operativo_____

Vo. Bo. Firma del cliente

Estimado cliente: por favor tomar nota que al firmar este formulario acepta las condiciones del mismo.