



**Inter Science
Ltda.**

Orden de Servicio Técnico

Nº 000129

Asignado a: Katherine Mojica Medeiros	Ciudad: Santa Cruz de la Sierra				
Cliente: Laboratorio Tyndall <i>Laboratorio Tyndall</i>	Dirección: Ichilo 202, Santa Cruz de la Sierra				
Responsable:	Área: Laboratorio				
Equipo / Marca / Modelo: MICROALBUMINURIA TURB - Spinreact - 1X45 1/45/1X5 ML	Contador / Hrs.:				
Serie: 1107070N	Teléfono:				
Fecha programada: 28/10/2025	Hora programada: 10:50:00				
Descripción del problema: Dra. solicita apoyo con la técnica de microalbumina indicando que tiene valores de 0, se solicita la programación encontrándose errónea se comparte nueva programación mas recomendaciones de manejo					
Dentro de garantía: No	Fecha de conclusión: 30-11--0001				
Tipo de Servicio					
Instalación	<input checked="" type="checkbox"/>	Electricidad	<input checked="" type="checkbox"/>		
Otros:					
Certificación de aprobación					
Dirección IP	Fecha	Dispositivo	Aprobación	Firma	Celular médico
-	-	-	No	-	-

Realizado por:
Katherine Mojica Medeiros

Recibido por:

Fecha:
28/10/2025