



**Inter Science
Ltda.**

Orden de Servicio Técnico

Nº 000130

Asignado a: Katherine Mojica Medeiros	Ciudad: Sucre				
Cliente: Hospital I.P.T.K. Dr. Georges Duez Hospital I.P.T.K. Dr. Georges Duez	Dirección: Calle Camargo Nº 558				
Responsable:	Área: Laboratorio				
Equipo / Marca / Modelo: Contador Hematológico 3 diff - Sysmex - POCH100i	Contador / Hrs.:				
Serie: F3187	Teléfono: 6453898				
Fecha programada: 25/10/2025	Hora programada: 10:00:00				
Descripción del problema: luego del mantenimiento correctivo que se llevo a cabo por el Ing Christian, se proseguido con la revisión con controles de calidad para verificación, se evidencia que los controles se encontraban dentro de los rangos descritos en el inserto.					
Dentro de garantía: No	Fecha de conclusión: 30-11--0001				
Tipo de Servicio					
Instalación	<input checked="" type="checkbox"/>	Electricidad	<input checked="" type="checkbox"/>		
Otros:					
Certificación de aprobación					
Dirección IP	Fecha	Dispositivo	Aprobación	Firma	Celular médico
-	-	-	No	-	-

Realizado por:
Katherine Mojica Medeiros

Recibido por:

Fecha:
25/10/2025